Projekt pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej" realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

Różanka, dn. 11.09.2020 r.

DAG.1.2020

Uczestnicy postępowania

PYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy zamówienia pod nazwa: Zakup i dostawa łóżek (rehabilitacyjnych), szafek przyłóżkowych, parawanów medycznych, materacy zmiennociśnieniowych, przeciwodleżynowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Senior".

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Senior" jako Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuści Łóżko (rehabilitacyjne) do opieki długoterminowej o wymiarach zewnętrznych 105 x 220 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza łóżka o wymiarach zewnętrznych 105 x 220 cm, wymiary łóżka powinny być zgodne z opisem zawartym w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 2
Czy Zamawiający dopuści szafkę o wymiarach zewnętrznych: szerokość 590 mm, głębokość 480 mm, wysokość 870 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza szafki o wymiarach zewnętrznych: szerokość 590 mm, głębokość 480 mm, wysokość 870 mm wymiary szafki powinny być zgodne z opisem zawartym w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 3
Czy Zamawiający dopuści blat szafki o wymiarach 35 x 57,5cm co przewyższa parametry wymagane i ma wpływ na zwiększenie komfortu użytkowania?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza blatu szafki o wymiarach 35 x 57,5cm wymiary blatu szafki powinny być zgodne z opisem zawartym w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

DYREKTOR
(-) Andrzej Lis

Sporządziła:
Anna Łobko

Projekt pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej" realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

Różanka, dn. 11.09.2020 r.

DAG.1.2020

Uczestnicy postępowania

PYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy zamówienia pod nazwa: Zakup i dostawa łóżek (rehabilitacyjnych), szafek przyłóżkowych, parawanów medycznych, materacy zmiennociśnieniowych, przeciwodleżynowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Senior".

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Senior" jako Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy ze stałym cyklem napełniania komór co 10 min.?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza materaca przeciwodleżynowego ze stałym cyklem napełniania komór co 10 min., parametry powinny być zgodne z opisem zawartym w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 2
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy o minimalnie większych wymiarach 196 x 86 x 12.7cm ? Materac różni się zaledwie o 1 cm w długości, co w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na umiejscowienie materaca, szczególnie że pasuje do każdego łóżka do 200 cm.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza materac przeciwodleżynowy o minimalnie większych wymiarach 196 x 86 x 12.7cm.

Pytanie nr 3
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy o 24 komorach poprzecznych z wyłogami ułatwiającymi mocowanie na materacach piankowych, bez komór z mikrowentylacją ? Posiadanie takiej ilości komór przez materac przyczynia się do lepszego wspomagania pracy z ciałem pacjenta, co za tym idzie lepsze rezultaty oddziaływania i przeciwdziałania na odleżyny.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza materaca przeciwodleżynowego o 24 komorach poprzecznych z wyłogami ułatwiającymi mocowanie na materacach piankowych, bez komór z mikrowentylacją, parametry materaca powinny być zgodne z opisem zawartym w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

DYREKTOR
(-) Andrzej Lis

Sporządziła:
Anna Łobko

Różanka, dn. 11.09.2020 r.

DAG.1.2020

Uczestnicy postępowania

PYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy zamówienia pod nazwa: Zakup i dostawa łóżek (rehabilitacyjnych), szafek przyłóżkowych, parawanów medycznych, materacy zmiennociśnieniowych, przeciwodleżynowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Senior".

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Senior" jako Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 218 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza łóżka o długości całkowitej 218 cm, wymiary łóżka powinny być zgodne z opisem zawartym w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 2
Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 225 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza łóżka o długości całkowitej 225 cm, wymiary łóżka powinny być zgodne z opisem zawartym w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 3
Czy Zamawiający dopuści łóżko z ramą metalową w kolorze dopasowanym do obudowy łóżka (buk naturalny)?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza łóżko z ramą metalową w kolorze dopasowanym do obudowy łóżka (buk naturalny).

Pytanie nr 4
Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 40 – 80 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza łóżka z regulacją wysokości w zakresie 40 – 80 cm, parametry łóżka powinny być zgodne z opisem zawartym w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 5
Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 0-38 stopni?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza łóżka z regulacją segmentu uda w zakresie 0-38 stopni, parametry łóżka powinny być zgodne z opisem zawartym w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 6
Czy Zamawiający dopuści łóżko bez funkcji autokonturu? Segment oparcia pleców i ud regulowany za pomocą osobnych przycisków na pilocie.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza łóżka bez funkcji autokonturu, parametry łóżka powinny być zgodne z opisem zawartym w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 7
Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami i barierkami w kolorze: buk naturalny?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza łóżko ze szczytami i barierkami w kolorze: buk naturalny.

Pytanie nr 8
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o głębokości 450 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową o głębokości 450 mm.

Pytanie nr 9
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym bez regulacji wysokości?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza szafki przyłóżkowej z blatem bocznym bez regulacji wysokości parametry szafki przyłóżkowej powinny być zgodne z opisem zawartym w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 10
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym bez pochylenia?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza szafki przyłóżkowej z blatem bocznym bez pochylenia parametry szafki powinny być zgodne z opisem zawartym w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 11
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o wymiarach 590x390 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza szafki przyłóżkowej z blatem bocznym o wymiarach 590x390 mm, wymiary szafki powinny być zgodne z opisem zawartym w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 12
Czy Zamawiający dopuści parawan medyczny, jednoskrzydłowy o szerokości 1000mm? Możliwość spinania kilku segmentów za pomocą zatrzasków?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza parawan medyczny, jednoskrzydłowy o szerokości 1000mm z możliwością spinania kilku segmentów za pomocą zatrzasków (3 odrębne skrzydła x 1000mm – jako 1 szt. parawanu będącego przedmiotem zamówienia), przy zachowaniu pozostałych zapisów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia będącym załącznikiem nr 2 do SIWZ oraz zmianą wniesioną w/w załącznik w dniu 10.09.2020 r.

Pytanie nr 13
Czy Zamawiający dopuści parawan medyczny z tkaniną bawełnianą montowaną do konstrukcji metalowej za pomocą przełożenia tkaniny przez metalowe pręty?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza parawanu medycznego z tkaniny bawełnianej montowanej do konstrukcji metalowej za pomocą przełożenia tkaniny przez metalowe pręty, tkanina parawanu oraz sposób łączenia powinny być zgodne z opisem zawartym w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 14
Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SIWZ materac przeciwodleżynowy o długości 200cm, wykonany z trwalszego materiału, jakim jest poliuretan wzmocniony nylonem, mocowany za pomocą taśm gumowych wszytych w rogach?
Odpowiedź:
Zamawiający uzna za spełniający wymogi SIWZ materac przeciwodleżynowy o długości 200cm, wykonany z trwalszego materiału, jakim jest poliuretan wzmocniony nylonem, mocowany za pomocą taśm gumowych wszytych w rogach.

Pytanie nr 15
Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SIWZ materac przeciwodleżynowy z pompą o regulowanym cyklu pracy 10, 15 lub 20 minut do wyboru?
Odpowiedź:
Zamawiający uzna za spełniający wymogi SIWZ materac przeciwodleżynowy z pompą o regulowanym cyklu pracy 10, 15 lub 20 minut do wyboru.

DYREKTOR
(-) Andrzej Lis

Sporządziła:
Anna Łobko